

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

1. Η επιπρόσθετη κεφαλή να είναι συμβατή με τη μηχανή εξωσωματικής Κυκλοφορίας STOCKHERT S5.
2. Να είναι καινούρια και να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας.
3. Να έχει υποδοχές (φωλιές) για σωλήνες 3/8, 1 /4, 1/16 και 1 / 2 ίντσας.