

da 1

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ- Product description / category	Μ/Μ	
1	• Σετ Διακαθετηριακής Αορτικής Βαλβίδας, εκπτυσσόμενη με μπαλόνι για Διακαθετηριακή Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας (TAVI). Το σετ να περιλαμβάνει: τριπτυχη αορτική Βαλβίδα από βόειο περικάρδιο, σε πλέγμα από κράμα χρώμιου- κοβαλτίου, σύστημα παράδοσης με μπαλόνι 14F-16F, συσκευή πτύχωσης και σετ θηκαριού- διαστολέα 14F-16F. Τα επιμέρους υλικά να είναι ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. • Με δυνατότητα τοποθέτησης από διαφορετικές προσπελάσεις (μηριαία, διακορυφαία, άμεση διαορτική, υποκλείδια, μασχαλιαία) και ένδειξη πιστοποιημένη με CEMark. • Να κατέχει πιστοποίηση CEMark, για ασθενείς με στένωση αορτικής βαλβίδας: 1) i) υψηλού, ii) μέσου & iii) χαμηλού χειρουργικού κινδύνου, 2) με ήδη υπάρχουσα βιοπροσθετική/ διακαθετηριακή Αορτική βαλβίδα (Valve-in-Valve, THV-in-THV). • Χωρίς αντένδειξη και για εμφύτευση σε δίπτυχη Αορτική Βαλβίδα.	1 τεμ.	

ΑΝΤΩΝΙΑΝΝΟΣ Γ. ΤΡΩΤΣ
 ΓΕΝ. ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
 ΑΝΤΕΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
 201 ΓΕΝΑ
 Α.Μ.Κ.Α.: 22096704253

α/α 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οι Καθετήρες μπαλόνια διαδερμικής βαλβιδοπλαστικής, να έχουν ομοαξονικό σχεδιασμό που να παρέχει μέγιστη πηδαλιούχηση και έλεγχο, να διαθέτουν μη-ενδοτικό μπαλόνι OTW για εύκολη τοποθέτηση πάνω σε σύρμα βαλβιδοπλαστικής, να έχουν ατραυματικό άκρο (tapered), να διαθέτουν ακτινο διαπερατούς χρυσούς δείκτες για εύκολη ιχνηλασιμότητα, και να διατίθενται σε 2 τύπους:

- χαμηλού προφίλ (min 7F) από λεπτό και μαλακό υλικό
- υψηλής αντοχής (μεχρι και 14F), από ανθεκτικό υλικό, σε μεγάλες πιέσεις και στη ρήξη λόγω μεγάλου βαθμού αβεστοποιημένων αγγείων

Να Διαθέτουν μεγάλο εύρος διαστάσεων για μέγιστη ευελιξία

- Διάμετρος μπαλονιού 4-30mm, με πιο συνηθισμένες διαμέτρους τις 18,20,22,23,24 & 25mm
- Μήκος Μπαλονιού 20-60mm, με πιο συνηθισμένο μήκος αυτό των 40mm

Να ενδείκνυνται για χρήση σε :

- Στένωση αορτικής βαλβίδας
- Προδιαστολή της αορτικής βαλβίδας στις διαδικασίες TAVI
- Στένωση της πνευμονικής βαλβίδας
- Στένωση της πνευμονικής αρτηρίας
- Στένωση του ισθμού της αορτής
- Διαστολή της υπερτροφικής δεξιάς/αριστερής κοιλίας εκροής (RVOT/LVOT)

ANTONIA A. S.
ΓΕΝ. ΑΡΧ. ΟΡΓ. Κ. Υ. Γ.
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΖΩΤΗΣΙΑ
Α.Μ.Κ.Α.: 22096704289

a/a 3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BEGRAFT PERIPHERAL

Ενδοαγγειακό μόσχευμα περιφερικών αγγείων Να είναι επικαλυμμένο με μονή επίστρωση ePTFE και ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση χρωμίου-κοβαλτίου CoCr Να παρέχεται σε διαμέτρους 5mm έως 10mm και μήκη 18mm έως 58mm Να διέρχεται από θηκάρι 6 Fr Να είναι προφορτωμένο σε καθετήρα μπαλόνι 75 cm η 120cm Συμβατό με οδηγό σύρμα 0,035".

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝ. ΑΡΧ. ΓΡΟΤ. - ΚΑΤ. ΓΡΟΤ. ΣΕ
ΑΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΛΕΥΚΕΣ
Α.Μ.Α.Α.: 22096704253

α/α 4

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ

Συσκευή συρραφής μηριαίας αρτηρίας με ράμμα χωρίς την χρήση κολλαγόνου ή βιοαπορροφήσιμων τμημάτων .

Διαθέτει δείκτες μέτρησης στο σώμα της συσκευής . στυλεό προώθησης ράμματος με θηλιά συλλογής

καθώς και στυλεό κοπής του ράμματος με αντίστοιχους δείκτες μέτρησης .

Ενδείκνυται για χρήση σε μέγεθος παρακέντησης έως 8Fr και επιτρέπει την εκ νέου πρόσβαση στο αγγείο .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΕΘ. Γ. ΚΑ
Α.Μ.Κ.Α.: 22096704253

0/9 S

ΣΥΡΜΑ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οδηγό σύρμα διαμέτρου 0,035" αυξημένης σκληρότητας και υψηλής στήριξης, ειδικά σχεδιασμένο με ελικοειδές σπείραμα στο περιφερικό άκρο για τη διευκόλυνση της εισαγωγής και τοποθέτησης επεμβατικών οργάνων εντός των κοιλοτήτων της καρδιάς. Να αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και μήκος $\geq 275\text{cm}$ με προσχηματισμένο άκρο διπλής καμπύλης σε τρεις διαφορετικούς τύπους : extra small, small, large

ANTONIAΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΝ. ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
421 ΓΕΝΑ
Α.Μ.Ι.Κ.Α.: 22096704703