

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
1	Σύστημα αυχενικής σταθεροποίησης μηδενικού προφίλ, αποτελούμενο από: α) συμπαγή κύβο-κλωβό 3D printed τιτανίου με ειδική δομή κατανομής φορτίου και τραχεία επιφάνεια για άμεση οστεοσύνθεση, σε μεγέθη 12x15mm και 14x17mm, σε ύψη από 5mm έως και 12mm και με λόρδωση 7 μοιρών, β) αυτοκόπτουσες βίδες με γωνία 5 μοιρών, διαμέτρου 3,5 mm και μήκους 12, 14 και 16mm και revision αυτοκόπτουσες βίδες με γωνία 5 μοιρών, διαμέτρου 3,8 mm και μήκους 12, 14 και 16mm και γ) ειδικό μηχανισμό κλειδώματος των βιδών για ασφαλή εφαρμογή stand alone. Το σύστημα να παρέχεται σε απξστειωμένη συσκευασία.	2
2	Συνθετικό-βιολογικό υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος, σε μορφή πάστας 1cc, που αποτελείται από σωματίδια ABM και συνθετικό πεπτίδιο P-15, αιωρούμενα σε αδρανή βιοσυμβατική υδρογέλη.	2
3	Ηλεκτρόδια για διέγερση και καταγραφή άνω και κάτω άκρων αμφοτερόπλευρα για Σωματοαισθητικά και Κινητικά προκλητά δυναμικά και Συνεχής ηλεκτρομυογραφική παρακολούθηση άνω και κάτω άκρων. Να περιλαμβάνεται χειρουργικό εργαλείο απόξεσης ιστών μιας χρήσης με ταυτόχρονη ηλεκτρική μονοπολική διέγερση.	1
4	Αντικολιτικές διπολικές λαβίδες μήκους 18, 20 και 23cm και πάχους 0.5, 1.0 και 1.5 cm τύπου Mallis με το συμβατό καλώδιο σύνδεσης στην πηγή. Να συνοδεύεται από πηγή διπολικής διαθερμίας στα 4MHz	1

Αθήνα