

ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΟΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΛΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ	1. Να είναι Μ.Χ. αποστειρωμένος εύκαμτος κατάλληλος για χρήση στο χειρουργείο με δυνατότητα σύνδεσης δύο τερματών για αύξηση μήκους. 2. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος για αξιολόγηση. 3. Να υπάρχει δυνατότητα τμηματικής παράδοσης κατόπιν συνεννόησης. 4. Ο σωλήνας να φέρει σύστημα σταθεροποίησης, έτσι ώστε όταν ανοίξει η συσκευασία να παραμείνει τυλιγμένος. REF.: 160105