

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Κυκλοτερής καθετήρας κατάλυσης μέσω παλμικού πεδίου ηλεκτροδιάτρησης (PulseFieldAblation) κατάλληλος για κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής.
Α. Να φέρει αυλό για την εύκολη τοποθέτηση του στην φλέβα. (overthewire)
Β. Να παρέχει ενέργεια PFA και να ανιχνεύει ηλεκτρική δραστηριότητα, από όλα τα ηλεκτρόδια.
Γ. Να διαθετεί 9 ηλεκτρόδια των 3mm κατασκευασμένα σε μονή ελικοειδή διάταξη των 25mm. Να διατηρεί σταθερή την απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων για την αποφυγή θερμικών βλαβών.
Δ. Να εκτελεί καμψη 170 μοίρες bidirectional.
ΣΤ. Να είναι εξωτερικής διαστάσεως 9,5Fr, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μικρό θηκάρι.
Ε. Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλούς εισαγωγής στο θηκάρι.
Ζ. Να διαθέτει μελέτη για ασφάλεια χρήσης σε Παροξυσμική και Εμμένουσα Κολπική Μαρμαρυγή.
Να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο συνοδό εξοπλισμό.
Συνδετικό καλώδιο κατάλληλο για PFA

1

Παραλαβή : 18/12/2019 από το
Γραφείο : 11/12/2019