

- 1 Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-4, ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής κατά την διάρκεια εξέτασης ολόσωμης μαγνητικής τομογραφία ,1,5T και 3T (MRIsafedefibrillator,FB) και με δυνατότητα ενεργοποίησης ,έως και 14 ημέρες προ της διεξαγωγής της μαγνητικής, ειδικού αισθητήρα ανίχνευσης εισαγωγής σε μαγνητικό πεδίο, με σκοπό την αυτόματη ενεργοποίηση λειτουργίας MRIMODE και τον αυτόματο επαναπρογραμματισμό σε μόνιμο πρόγραμμα κατά την απομάκρυνση από αυτό.
- 2 ΘΗΚΑΡΙΑ
- 3 ΚΟΛΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
- 4 ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

1  
2  
1  
1

Παραλαβή αιτήματος από το  
 Α.Ε. Γραφείο Παραγγελιών της  
 ΛΗΞΗ

Ημερ/νία: ..... Αθήνα 6/3/2026  
 Ωρα:..... -Ο-  
 Δντης Κλινικής

~~ANTONIADES DIMITRIS~~  
 ΓΕΝ. ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ  
 ΔΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
 400 ΓΕΝΑ  
 Α.Μ.Κ.Α.: 22096704253