

- 1 Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-4, ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής κατά την διάρκεια εξέτασης ολόσωμης μαγνητικής τομογραφία ,1,5T και 3T (MRI safedefibrillator,FB) και με δυνατότητα ενεργοποίησης ,έως και 14 ημέρες προ της διεξαγωγής της μαγνητικής, ειδικού αισθητήρα ανίχνευσης εισαγωγής σε μαγνητικό πεδίο, με σκοπό την αυτόματη ενεργοποίηση λειτουργίας MRIMODE και τον αυτόματο επαναπρογραμματισμό σε μόνιμο πρόγραμμα κατά την απομάκρυνση από αυτό. 1
- 2 Κολπικό βηματοδοτικό ηλεκτρόδιο 1
- 3 Κοιλιακό Απινιδωτικό ηλεκτρόδιο 1
- 4 Υποκλειδίοι Εισαγωγείς 2

Παραλαβή αιτήματος από το
Γραφείο Παραγγελιών την:

09/03/2026

Αθήνα 9/3/2026

-Ο-
Δντης Κλινικής
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΝ. ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
401 ΨΕΝΑ
Α.Μ.Κ.Α. 22096704253