η καθυστέρηση της οποίας εγκυμονεί κινδύνους για εμφά
επιβάρυνση της υγείας ή της ζωής του ασθενούς. Για
συνιστώμενης χειρουργικής επέμβασης απαιτούνται τα
αναλώσιμα χειρουργικά υλικά:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
1	Ηλεκτρόδιο εξάχνωσης ιστών τύπου Coblation, για επεμβάσεις Αμυγδαλεκτομής - Αδενοτομής Να είναι ομοαξονικό διπολικό ηλεκτρόδιο ραδιοσυχνοτήτων (RF) με συχνότητα λειτουργίας 100KHz, χαμηλής θερμοκρασίας, με ταυτοχρονη δημιουργία πλάσματος που προκαλεί υποβλεννογόνια εξάχνωση των κυτταρικών μεμβρανών, για αποφυγή καταστροφής παρακείμενων ιστών Να έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξάχνωση μαλακού ιστού και αιμόσταση των αιμοφόρων αγγείων σε χειρουργικές επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής/αδενοτομής Να έχει εξωτερική διάμετρο 6 mm και η άκρη του να είναι κωνική Το μήκος του ηλεκτροδίου να είναι 110 mm Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα πλύσης, διπολική διαθερμία και αναρρόφηση Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσεως Η εταιρία που θα προσφέρει απαιτείται να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό με τις εξής προδιαγραφές Να λειτουργεί με τεχνολογία συμβατή με συχνότητα λειτουργίας 100KHz, τάσης 0 -300 Vrms και θερμοκρασία λειτουργίας 40-70°C Να συνδέεται με αυτοτροφοδοτούμενη αντλία καταιονισμού με 3 επιλογές ροής low-medium-high και 1 επιλογή συνεχόμενης ροής - πλύσης. Ο σωληνίσκος πλύσης να συνδέεται σε ειδικά διαμορφωμένη θύρα ασφαλείας Η ενέργεια των ραδιοσυχνοτήτων με τη χρήση ενός αγώγιμου διαλύματος (π χ φυσιολογικός ορός) να δημιουργεί μια στοιβάδα ατμού (PLASMA) από ενεργοποιημένα φορτισμένα σωματίδια που με την επαφή τους στο θεραπευόμενο ιστό να προκαλούν την αποσύνθεσή του με μοριακή διάσπαση της κυτταρικής μεμβράνης	1

Αθήνα, ...16.

-ΤΟ-
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ