

ΟΦΑ/40112/ΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ) ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΠΑΚΕΤΟΥ ή ΣΕΤ**

ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ

1. Οι ετικέτες να είναι αυτοκόλλητες, ειδικής κατασκευής για να μην αλλοιώνονται σε συνθήκες αποστείρωσης (υψηλή θερμοκρασία υγρασία κτλ).
2. Να έχουν 3 σειρές εκτύπωσης για την τοποθέτηση των στοιχείων κάθε φορτίου κλιβανισμού.
3. Να είναι διπλής επικόλλησης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αρχειοθέτησης των στοιχείων.
4. Να έχουν ισχυρή κόλλα κατάλληλη για επικόλληση σε χαρτί non-woven, χυρή κρέα, ύφασμα, μέταλλο και πλαστικό.
5. Να μην αλλοιώνονται κατά τον κλιβανισμό τους και να διαθέτουν χημικό δείκτη που να μεταβάλλει το χρώμα του όταν έχει περάσει από διαδικασία αποστείρωσης με ατμό. Το χρώμα να παραμένει αναλλοίωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα (άνω των 5 ετών), ώστε να επιτρέπεται η αρχειοθέτηση των στοιχείων. (Να παρέχεται εργοστασιακή βεβαίωση).
6. Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το EN ISO 11140-1.
7. Να προσφέρεται δωρεάν από τον προμηθευτή η κατάλληλη συσκευή εκτύπωσης/επικόλλησης των ετικετών μαζί με την αναγκαία ποσότητα σε εκτυπωτικό μελάνι υψηλής αντοχής στις συνθήκες αποστείρωσης, με δυνατότητα άμεσης αντικατάστασής τους σε περίπτωση φθοράς. (Ο αριθμός των συσκευών και η ποσότητα του μελανιού θα ορίζονται στη διακήρυξη).
8. Να είναι σε συσκευασία ρολού άνω των 750 τεμαχίων και διαστάσεων περίπου 22,5x31 mm
9. Να κατατεθεί βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού της προμηθεύτριας εταιρείας στο προϊόν.
10. Να υπάρχει απαραίτητως τεχνική υποστήριξη του υλικού από αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας για συνεργασία με τους τεχνικούς των μηχανημάτων, για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων στα αποτελέσματα του δείκτη εντός 12ωρών στην έδρα των μηχανημάτων (Να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση).