

- 1 Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-4, ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής κατά την διάρκεια εξέτασης ολόσωμης μαγνητικής τομογραφία ,1,5T και 3T (MRIsafedefibrillator,FB) και με δυνατότητα ενεργοποίησης ,έως και 14 ημέρες προ της διεξαγωγής της μαγνητικής, ειδικού αισθητήρα ανίχνευσης εισαγωγής σε μαγνητικό πεδίο, με σκοπό την αυτόματη ενεργοποίηση λειτουργίας MRIMODE και τον αυτόματο επαναπρογραμματισμό σε μόνιμο πρόγραμμα κατά την απομάκρυνση από αυτό. 1
- 2 ΘΗΚΑΡΙΑ 2
- 3 ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 1
- 4 ΚΟΛΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 1

Παραλαβή αιτήματος από το
 Γραφείο Παραγγελιών την
 05/05/2026

Αθήνα 5/5/2026
 -Ο-
 Δντης Κλινικής

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΓΕΝ. ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
 ΔΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
 401 ΓΕΝΑ
 Α.Μ.Κ.Α.: 22099984000