

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ
<p>1. Υδροφίλος καθετήρας εξωτερικής διαμέτρου 2,7 από το εγγύς έως το άπω άκρο και εσωτερικής διαμέτρου, 0.025"/0.021" εγγύς/άπω. Να διατίθεται σε μήκη από 70 έως 165cm. Να διαθέτει ακτινοσκοπικό δείκτη στο άπω άκρο. Να διατίθεται σε ευθύ και προσχηματισμένο άκρο 45ο .  <b>Να διαθέτει υδροφιλή επικάλυψη M-Coat και οδηγό σύρμα 0.021".</b></p> <p><b>2,7 FR, 130cm</b></p>	3
<p>2. Υδροφιλα σύρματα νιπινόλης με επικάλυψη M-Coat, διαμέτρου 0.035", κανονικά και σκληρά, κεκαμμένα και ευθέα. Υδροφιλα οδηγά σύρματα με πραγματική ροπή 1:1. Να είναι ιδιαίτερα γλιστερά και κατάλληλα και για τις πιο δύσκολες ανατομίες των αγγείων</p> <p><b>0,035" 260cm κανονικά, κεκαμμένα</b></p>	5
<p><b>ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ</b></p> <p><b>ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 745/17 ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ</b></p>	