

1 Κυκλοτερής καθετήρας κατάλυσης μέσω παλμικού πεδίου ηλεκτροδιάτρησης (PulseFieldAblation) κατάλληλος για κατάλυση κοιλιακής μαρμαρυγής.

A. Να φέρει αυλό για την εύκολη τοποθέτηση του στην φλέβα. (overthewire)

B. Να παρέχει ενέργεια PFA και να ανιχνεύει ηλεκτρική δραστηριότητα, από όλα τα ηλεκτρόδια.

Γ. Να διαθέτει 9 ηλεκτρόδια των 3mm κατασκευασμένα σε μονή ελικοειδή διάταξη των 25mm. Να διατηρεί σταθερή την απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων για την αποφυγή θερμικών βλαβών.

Δ. Να εκτελεί καμψη 170 μοίρες bidirectional.

ΣΤ. Να είναι εξωτερικής διαστάσεως 9,5Fr, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μικρό θηκάρι.

Ε. Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλούς εισαγωγής στο θηκάρι.

Ζ. Να διαθέτει μελέτη για ασφάλεια χρήσης σε Παροξυσμική και Εμμένουσα Κοιλιακή Μαρμαρυγή.

Να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο συνοδό εξοπλισμό.

2 Συνδετικό καλώδιο κατάλληλο για PFA

Παρασηφ. Γραμμάτιο από το
Γραφείο Παραγγελιών την:

09/05/20