

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ  
ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ  
ΕΛΕΓΧΟ  
(πακέτου ή σετ)  
ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ**

CPV :33169500-7

- α. Να εναρμονίζονται με την EN 867-1, που αφορά «Ολοκληρωμένοι Δείκτες», Κατηγορίας 5. Τα αποτελέσματά τους να είναι ισοδύναμα βιολογικού δείκτη (να κατατεθεί η μελέτη που το αποδεικνύει).
- β. Να αντιδρούν σε όλες τις παραμέτρους της αποστείρωσης, κατάλληλοι για αποστείρωση σε προγράμματα 121°C, 134°C και flash.
- γ. Τα αποτελέσματα να είναι ευδιάκριτα, εύκολης ερμηνείας και η χρωματική αλλαγή να παραμένει μόνιμα, με ένδειξη παραθύρου μετακινούμενης μελάνης.
- δ. Να είναι ελεύθερο μολύβδου και βαρέων μετάλλων ~~των τοξικών~~.
- ε. Να είναι συσκευασμένοι σε κατάλληλο υλικό, για προστασία από το ηλιακό φως και την υγρασία. στ. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος σε κάθε συσκευασία.