

η καθυστέρηση της οποίας εγκυμονεί κινδύνους για εμφάνιση επιπλοκών ή επιβαρύνσεων του ασθενούς. Για τη διενέργεια της συνιστώμενης χειρουργικής επέμβασης απαιτούνται αναλώσιμα χειρουργικά υλικά:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
1	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Κατασκευή από πυρολυτικό άνθρακα Να έχει άνοιγμα πτερυγίων τουλάχιστον 85 μοιρών	1
2	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Κατασκευή από βόειο και χοίρειο περικάρδιο Να έχει διευρυσμένο και ανάγλυφο δακτύλιο Να έχει μηχανισμό εύκολης προώθησης	1
3	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Να είναι αυτοεκπτυσσόμενη ή να εκπτύσσεται με μπαλλόνι Να καθηλώνεται με ελάχιστα ή χωρίς ράμματα	1
4	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης ειδικά σχεδιασμένη για υπερβαλβιδική εμφύτευση με χαρακτηριστικά Κατασκευή από πυρολυτικοάνθρακα Να έχει άνοιγμα γλωχίνων ως 80 μοίρες και διαγραφομενοτόξο ως 60 μοίρες	1
5	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Καμπύλες γλωχίνες Να έχει άνοιγμα πτερυγίων έως 80 μοίρες	1
6	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Μονοιστοβοειοπερικαρδίου Πολυμερεςελαστικοστεντ	1
7	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Μονοιστοβοειοπερικαρδίου Διατήρηση σε ξηρές συνθήκες Μηχανισμό επεκτεινόμενου δακτυλίου	1
8	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης ειδικά σχεδιασμένη για I NR 1,5-2,0	1
9	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά 1. Να είναι αυτοεκπτυσσόμενη 2. Να καθηλώνεται χωρίς ράμματα	1
10	Αυτοματοποιημένο σύστημα για την τοποθέτηση και στήριξη ραμμάτων σε περιπτώσεις προσθετικών βαλβίδων ή δακτύλιων πλαστικής με τη χρήση clips από τιτάνιο. Η συσκευασία να περιέχει 2 συσκευές πυροδότησης και να συνοδεύεται από 12 clips. Να υπάρχει η δυνατότητα μεμονωμένων clips.	1