

**401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**

8	<p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5-15MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΟΔΗΓΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ "DOLPHIN NOSE" ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΚΑΡ. ΡΑΒΔΩΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 15 MM, ΜΗΚΟΥΣ 100 MM ΛΟΞΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ CO2 ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.</p>	2
9	<p>ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ LIGASURE XR ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΜΗΚΟΥΣ 37CM, ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 7MM ΜΕ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ MARYLAND., ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 7MM ΜΕ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ MARYLAND. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΥΡΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΜΕ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΩΣ DISSECTER ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΝΑΝΟΥΪΛΙΚΟΥ HMDSO (HEXAMETHYLDISILOXANE) ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΟΠΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΝΑΝΟΥΪΛΙΚΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ, ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΗΚΟΥΣ 37 CM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360° ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ. Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Η ΜΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 22,6 MM, ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 21,8 MM ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙ 1-4 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 360 MMHG, ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</p>	1
10	<p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΑΣΗΠΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ. Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΒΗ ΑΥΤΟ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΠ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ 1 ΚΟΥΜΠΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ/ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΑΜΑΣ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ/ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΠΕΙΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 360° ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 2 ΚΟΥΜΠΙΩΝ.</p>	1
11	<p>ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 60MM ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ/ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 17-4PH ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΡ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ 59MM ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΔΥΟ, ΤΡΙΠΛΕΣ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΕ 90 ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 0.24MM, ΥΨΟΥΣ (4MM, 4.5MM, 5MM) ΓΙΑ</p>	8