

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
1	<p>Σύστημα κοπής, αφαίρεσης και αυτόματης αναρρόφησης οστεοτεμάχιων για χρήσης σε επεμβάσεις Σ.Σ.</p> <p>Να διαθέτει αυτόματο σύστημα συλλογής που να αναρροφά και να συλλέγει τα οστεοτεμάχια χωρητικότητας 160ml, τουλάχιστον.</p> <p>Κατά την διάρκεια της κοπής του οστού να μην καταστρέφει το παρακείμενο οστό και τους παρακείμενους ιστούς.</p> <p>Να διαθέτει πολύ στενή εγκοπή στην άκρη, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του νευρικού συστήματος.</p> <p>Να διαθέτει σύστημα τεσσάρων τρυπών στο άκρο κοπής ώστε να διασφαλίζει ότι κανένα μαλακό μέρος δεν θα προσκολλάται στην άκρη λόγω της αναρρόφησης (μέγιστη προστασία της μήνιγγας και του νευρικού συστήματος)</p> <p>Να διαθέτει εργονομική λαβή που να μην απαιτεί πίεση από το χειρουργό εξασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή ακρίβεια στις κινήσεις.</p> <p>Τα οστεοτεμάχια που συλλέγονται να είναι σε άριστη κατάσταση (όχι θρυμματισμένα για την προαγωγή της οστεοσύνθεσης).</p> <p>Να διατίθεται με πλάτος κοπής από 2mm έως και 4mm με μήκος 200mm και 250mm, περίπου.</p> <p>Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του και με την χειρουργική αναρρόφηση, του νοσοκομείου ή/και με το αυτόματο σύστημα συλλογής.</p> <p>Να είναι μίας χρήσης, αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.</p>	<p>1</p> <p>№ <u>Α</u></p>
2	<p>Ηλεκτρόδια για διέγερση και καταγραφή άνω και κάτω άκρων αμφιτερόπλευρα για Σωματοαισθητικά και Κινητικά προκλητά δυναμικά και Συνεχής ηλεκτρομυογραφική παρακολούθηση άνω και κάτω άκρων.</p> <p>Να περιλαμβάνεται χειρουργικό εργαλείο απόξεσης ιστών μίας χρήσης με ταυτόχρονη ηλεκτρική μονοπολική διέγερση.</p>	1
3	<p>Αντικολιτικές διπολικές λαβίδες μήκους 18, 20 και 23cm και πάχους 0,5, 1,0 και 1,5 cm τύπου Mallis με το συμβατό καλώδιο σύνδεσης στην πηγή. Να συγοδεύεται από πηγή διπολικής διαθερμίας στα 4MHz</p>	1