

**401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**  
**Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**

	<p>ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: 5MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 35CM</p>	
	<p>ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ - ΕΚΠΛΥΣΗΣ 33CM Χ5MM ΜΕ ΔΙΠΛΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ</p>	1
	<p>ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 10MM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΟΠΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 225ML</p>	1
2	<p>ΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΚΑΡ 3 ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΥΛΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ-ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ 100 MM. Η ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΡΕΙΣ ΑΥΛΟΥΣ (ΕΜΦΥΣΗΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ-ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΠΝΟΥ.</p>	1
3	<p>ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ CO2 ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ CO2. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ, Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΓΩΓΗ-ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ULPA 0.01 μm ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 20 ML. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 26 ML ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ (BULLS EYE)</p>	1
4	<p>ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΤΥΠΟΥ ΒΕΛΟΝΗΣ, ΜΕ ΑΚΡΟ ΜΟΝΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΟ ΚΟΜΒΙΟ ΠΡΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΕΞΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΤΕΙΛΕΟΥ, ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΙΛΕΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΚΑΡ.</p>	1
5	<p>ΒΕΛΟΝΑ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ VERRERES 15 CM, ΔΙΑΦΑΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΙΧΜΗΡΟΥ ΑΚΡΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΧΩΡΙΣΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ CO2 ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.</p>	1
6	<p>ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 10 MM, ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ, ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΟ, ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΣΚΕΛΗ. ΜΗΚΟΣ 32 ΕΚ.</p>	1
7	<p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5-12MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΟΔΗΓΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ "DOLPHIN NOSE" ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΚΑΡ. ΡΑΒΔΩΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12,95 MM, ΜΗΚΟΥΣ 100 MM ΛΟΞΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ CO2 ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.</p>	1