

	<p>της κάνουλας χωρίς βαλβίδα να μπορεί να γίνεται ανέπαφα αφαίρεση μικρών παρασκευασμάτων και ανεμπόδιστη εισαγωγή και αφαίρεση βελόνων.</p> <p>Το τροκάρ να έχει ατραυματικό άκρο διάνοιξης του ιστού με αυλό απαγωγής -εκκένωσης του καπνού σε διάμετρο 5 χιλ και μήκους κάνουλας 100 χιλ.</p> <p>Η κάνουλα να φέρει 3 αυλούς απαγωγής ,εκκένωσης - έμφυσης αερίου και ελέγχου πίεσης σε πραγματικό χρόνο και δημιουργίας φράγματος αέρα για τη δημιουργία σταθερού πνευμοπεριτόναιου.</p>	
5.	<p>Σωλήνας παροχής CO2 που να αποτελείται από σείτ 3 αυλών .</p> <p>Να περιλαμβάνει προέκταση με άκρο luer lock για τη σύνδεση του σωλήνα με συμβατικά τροκαρ και veress και να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο ULPA 0.01 μμ ενεργού άνθρακα.</p>	1
6.	<p>Αυτόματος λαπαροσκοπικός ιστοτόμος μιας χρήσης με μπαταρία κατάλληλος για λαπαροσκοπικές γυναικολογικές επεμβάσεις, διαμέτρου 15mm από σπή 12mm. Με δύο λειτουργίες κοπής ιστών και ασφάλεια προστασίας της λάμας. Χωρίς ανάγκη μηχανήματος.</p>	1
7	<p>Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής, χωρητικότητας 2000ml για Morcellator, κατάλληλος για γυναικολογικές επεμβάσεις. Εξασφαλίζει την αποφυγή διασποράς ιστού. Σύρμα από Nitinol στο κυρίως άνοιγμα για ασφαλές κλείσιμο του σάκου και επιπλέον 2 σφραγιζόμενα ports για χρήση από εργαλεία ( Morcellator, trocar κτλ) διαμέτρου έως 15mm.</p>	1