

ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΧΡΩΜΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ
ΕΓΧΥΣΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 229X102CM

1) Το κάλυμμα στρώματος όφειλε να είναι μία χρήση, διαθέσιμο με απορροφητική επιφάνεια και λεία για να προσαρμόζεται σε όλες τις διαστάσεις των χειρουργικών τραπεζιών.

2) Οι διαστάσεις του να είναι 225x100cm περίπου, οι οποίες καθορίζονται για τα χειρουργικά τραπέζια.

3) Η βάση του καλύμματος να είναι κατασκευασμένη από μη εύκαμπτο υλικό πολυαιθυλενίου και είναι απολύτως αδιάβροχη και ανθεκτική στο στρώμα της χειρουργικής τράπεζας.

4) Να είναι αδιάπέραστο και αντιμολυστικό.

5) Να διαθέτει υπεραπορροφητικό υλικό το οποίο επιτρέπεται και εγκλωβίζει στο εσωτερικό του όλες τις υγρασίες και κρατά το υλικό σε ασθενή πάντα στεγνό, μειώνοντας τον κίνδυνο της διασποράς βακτηριακής μόλυνσης με συνολική απορροφητική ικανότητα υλικού τουλάχιστον 5 λίτρα.

6) Να είναι καλυμμένο με non-woven υλικό, το οποίο είναι πολύτιμο, ασφαλές όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς, ελαστοποιώντας τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων.

7) Να είναι latex free.

- Απαραίτητη για το πρόγραμμα διαγνώσεων

1924