

Προδιαγραφές για τα υλικά Νο 1+2: Ανοίγες Έως

Ανοσώλινες ετοιμές φαρμάκων Dormicum και Flumazenil,
διαστάσεων 3.5cm X 1cm. Οι παραπάνω ποσότητες αναγράφονται σε
ρολόι των 1000 ανοσώλινων (1000stic/ρολόι).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για το υλικό Νο 3 Ανοίγες 4μηνών

Το προϊόν πρέπει είναι αποστειρωμένο, μιας χρήσεως σε συσκευασία των 11ml, υδατοδιαλυτό, μη ερεθιστικό, **χωρίς Χλωρεξιδίνη αουτηρά**, με υποστηρικτικές αναισθητικές ιδιότητες που χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της εισαγωγής των ιατρικών οργάνων στην ουρήθρα και την ουροδόχο κύστη.

- Το προϊόν συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φέρει σήμανση CE.
- Να διαθέτει κωδικό ταυτοποίησης ΕΟΦ, προαπαιτούμενος για την κυκλοφορία και εμπορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- Ο διανομέας διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό για την ορθή χρήση του προϊόντος, την άμεση εξυπηρέτηση και ορθή τεχνική υποστήριξη του νοσοκομείου.
- Ο διανομέας να είναι πιστοποιημένος με ISO 13485, 9001 και ειδικά με την Υ.Α. 1348/04, προαπαιτούμενο για την κυκλοφορία και εμπορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.