

ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΗΠΑΡΙΝΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ OVER-THE-WIRE ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΘΗΚΑΡΙΟΥ

Σετ μονίμου καθετήρα αιμοκάθαρσης 14.5fr με επίστρωση ηπαρίνης, κατάλληλου για αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση και έγχυση. Να διαθέτει ηπαρίνη, κατάλληλου για διπλού "D", για βέλτιστη ροή σε χαμηλότερες πιέσεις. Να διαθέτει δύο αυλούς σχήματος σήμανσης βολφραμίου. Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από καρμποθάνη και να διαθέτει προέκταση από σιλικόνη για να έχει μεγαλύτερη αντοχή, στο τσάκισμα. Να διαθέτει εγχρώμους υποδοχείς ultem luer lock, halkey roberts clamps, με τυπωμένους τους όγκους πλήρωσης με διάλυμα κλειδώματος και πλευρικές οπές κομμένες με laser. Να έχει συμμετρικό άκρο σε σπείραλ διάταξη σχήματος "Z" για να έχει ποσοστό επανακυκλοφορίας κατά την αναστροφή λειτουργία $\leq 1\%$. Να διαθέτει εισαγωγή με βαλβίδα για να εμποδίζεται η απώλεια αίματος και η είσοδος αέρα. Το σετ να περιέχει: 1 καθετήρα 14.5fr, 2 στειλεούς εισαγωγής over-the-wire, 1 εισαγωγή 16fr με βαλβίδα από (πολυτετραφλουοροαιθυλενιο), 1 διχλωωτό κανάλι, 1 12fr διαστολέα, 1 14fr διαστολέα, 2 καπάκια από τις θέσεις έγχυσης, 1 βελόνα εισαγωγής 18gauge, 1 οδηγό σύρμα ευθύ 0.15 x 70cm, 1 σύριγγα 12 cc, 1 #11 νυστέρι, 2 telfa αυτοκόλλητα επιθέματα, 4 γάζες, αποστειρωμένο.

Να διατίθεται στις εξής επιλογές μεγεθών:

ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ (ΜΗΚΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ CUFF) (cm)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (cm)	ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ (cc)	ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥ (cc)
19	36	1.6	1.6
23	40	1.9	1.9
28	45	2.1	2.1
33	50	2.3	2.3