

αντίσταση στη μικροβιακή διείσδυση-υγρό.

1. Όλα τα υλικά του σετ να είναι σε ενιαία **αποστειρωμένη, ανθεκτική και ασφαλή συσκευασία μιας χρήσης** και **διαφανή συσκευασία** του ενός, και να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ που αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται, μέσω της άσηπτης τεχνικής.
2. Το υλικό της ατομικής συσκευασίας να είναι ανθεκτικό ώστε να μην επιτρέπει την είσοδο μικροοργανισμών.
3. **Η συσκευασία να μπορεί να δείχνει τυχόν βλάβη από χτύπημα, τρύπημα κλπ.**
4. Η συσκευασία να είναι αδιάβροχη, ώστε να μην επηρεάζεται το περιεχόμενο, να εξασφαλίζεται η ασφαλή μεταφορά του εντός και εκτός του τμήματος που χρησιμοποιείται, και να παρέχεται προστασία από εξωγενείς παράγοντες (υγρά, υγρασία, σκόνη κλπ).

*Το πακέτο να περιλαμβάνει:*

1. 1 κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού 140 x 190 cm, από υλικό non woven, τριών (3) στρώσεων, **αδιάβροχο, υπερενισχυμένο**, απορροφητικό.
2. 2 χειροπετσέτες 30 x 40 cm.
3. 2 χειρουργικές μπλούζες, ενισχυμένες στα манίκια που είναι μονοκόμματα και με ιδιαίτερα φαρδιά επικάλυψη του τμήματος της πλάτης, φέρουν διπλή ενίσχυση στο θώρακα και στα манίκια για επεμβατικές πράξεις μεγάλης διάρκειας με μεγάλη ροή υγρών, μέγεθος XL
4. 1 κάλυμμα αγγειογραφίας **υπερενισχυμένο, από μη υφασμένο (non woven) ανθεκτικό υλικών τριών στρωμάτων, αδιάβροχο, όχι υδρόφοβο, με υπεραπορροφητική ενίσχυση για επεμβατικές πράξεις μεγάλης διάρκειας με μεγάλη ροή υγρών.** Με 2 αυτοκόλλητες οπές 8-12cm με αφαιρούμενο κάλυμμα για τις **μηριαίες αρτηρίες** και 2 αυτοκόλλητες οπές 8-10cm με αφαιρούμενο κάλυμμα για τις **κερκιδικές αρτηρίες, μεγάλου μήκους** και συγκεκριμένα διαστάσεων **220 x 340 cm**, ώστε να καλύπτει όλο το τραπέζι. Με πλαστικό διάφανο φιλμ πολυαιθυλενίου αμφίπλευρα και συνημμένο διαφανές καθ' όλο το μήκος του.
5. 2 διάφανα καλύμματα μηχανήματων, τα οποία να διατηρούν την ορατότητα των συσκευών και να προστατεύουν από το αίμα και την υγρασία. Να είναι κατασκευασμένα από διαφανές πολυαιθυλένιο υψηλών προδιαγραφών. Να φέρουν λάστιχο συγκράτησης για την σωστή προσαρμογή τους. Τα καλύμματα λαβής προβολέα να είναι latex free, να μην περιέχουν ίνες, και να ταιριάζουν σε όλους τους τύπους λαβής χειρουργικού προβολέα.
6. 1 νυστέρι με χειρολαβή No 11.
7. 1 βελόνα 18G
8. 1 βελόνα ινσουλίνης 21G.
9. **1 σύριγγα Luer-Lock 10ml**
10. **2 σύριγγες Luer-Slip 10ml.**
11. 40 γάζες απορροφητικές 12ply διαστάσεων 10 x 10 cm.
12. 1 πλαστική λαβίδα γαζών 19 cm.
13. 2 μπολ μιας χρήσης 250 ml (ή 1 μπολ 250ml και 1 μπολ 20ml)
14. 1 μπολ μιας χρήσης 500 ml.
15. 1 μπολ μιας χρήσης 4500 ml.