

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-4, ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής κατά την διάρκεια εξέτασης ολόσωμης μαγνητικής τομογραφία ,1,5T και 3T (MRI safe defibrillator,FB) και με δυνατότητα ενεργοποίησης ,έως και 14 ημέρες προ της διεξαγωγής της μαγνητικής, ειδικού αισθητήρα ανίχνευσης εισαγωγής σε μαγνητικό πεδίο, με σκοπό την αυτόματη ενεργοποίηση λειτουργίας MRI MODE και τον αυτόματο επαναπρογραμματισμό σε μόνιμο πρόγραμμα κατά την απομάκρυνση από αυτό.	1
2	ΘΗΚΑΡΙΑ	2
3	ΚΟΛΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ	1
4	ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ	1

Αθήνα 20/7/2026

-Ο-

Δντης Κλινικής

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
484 ΓΣΝΑ
Α.Μ.Κ.Α.: 22096704253