

ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	1. Να είναι Μ.Χ. αποστειρωμένος εύκαμπτος κατάλληλος για χρήση στο χειρουργείο με δυνατότητα σύνδεσης δύο τεμαχίων για αύξηση μήκους. 2. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος για αξιολόγηση. 3. Να υπάρχει δυνατότητα τμηματικής παράδοσης κατόπιν συνεννόησης. 4. Ο σωλήνας να φέρει σύστημα σταθεροποίησης, έτσι ώστε όταν ανοίχτεί η συσκευασία να παραμένει τυλιγμένος. 5. Να δίδεται επιπλέον συσκευασία.

REF: 160105

6515/1591