

(01)

A
1.

Πλήρες σετ μόνιμου καθετήρα αιμοκάθαρσης 2πλου αυλού 14-15 Fr

Να είναι διπλού αυλού από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη. Να διαθέτει ευθύ σώμα σχήματος άλφα. Να δέχεται οδηγό σύρμα. Να έχει εξαιρετική αντίσταση στο τσάκισμα. Να έχει διάμετρο 14-15Fr. Να διατίθεται με αποσχιζόμενο θηκάρι με βαλβίδα που να αποτρέπει την επιστροφή αίματος και την εισαγωγή αέρα κατά την τοποθέτηση του καθετήρα. Να έχει cuff για τη στερέωσή του καθετήρα στο σημείο εξόδου από το δέρμα. Να περιλαμβάνει δύο διαστολείς μονού άκρου. Συνολικό μήκος εισαγωγής 19-42cm (tip to cuff). Με σετ εισαγωγής που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτησή του. Να μην έχει διαχωρισμό άκρου (split)

14,5 F 19 cm(tip to cuff)

14,5 F 27 cm(tip to cuff)

4

3

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ
ΗΜ-ΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ

ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. ΓΝΩΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: