

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

• Τροκάρ άμεσης όρασης διώνησης ιστών, διαμέτρου 5/11mm και μήκους 100mm, με κωνικό άκρο αποτελούμενο από δύο πλαστικά πτερύγια με στειλεοειδή λαβή, διαφανές σε όλο το μήκος. Να διαθέτει έκκεντρο ασφάλισης ενδοσκοπίου για την ασφαλή καθήλωση του κατά την διήνηση των κοιλιακών στρωμάτων. Να είναι απόλυτα σταθερό στο κοιλιακό τοίχωμα διαθέτοντας εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις σταθεροποίησης στην κάνουλα και δύο θέσεις σταθεροποίησης ραμμάτων. Το τροκάρ και η κάνουλα να ασφαλίζουν μεταξύ τους σταθερά. Η κάνουλα να διαθέτει τουλάχιστον 2 στεγανωτικά: εξωτερικό (αφαιρούμενο ενσωματωμένο, αυτορυθμιζόμενο) και εσωτερικό. Τα στεγανωτικά αυτά να εξασφαλίζουν την ελάχιστη διαρροή αερίου και τη διατήρηση της ορατότητας του ενδοσκοπίου. Να διατηρεί λιγότερο από 500cc απώλειας αέρα/min σε υψηλά επίπεδο πνευμοπεριτοναίου. Το άκρο της κάνουλας να είναι οβάλ σχηματίζοντας γωνία 30° • Τροκάρ άμεσης όρασης διώνησης ιστών, διαμέτρου 5mm και μήκους 100mm, με κωνικό άκρο αποτελούμενο από δύο πλαστικά πτερύγια με στειλεοειδή λαβή, διαφανές σε όλο το μήκος. Να διαθέτει έκκεντρο ασφάλισης ενδοσκοπίου για την ασφαλή καθήλωση του κατά την διήνηση των κοιλιακών στρωμάτων. Να είναι απόλυτα σταθερό στο κοιλιακό τοίχωμα διαθέτοντας εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις σταθεροποίησης στην κάνουλα και δύο θέσεις σταθεροποίησης ραμμάτων. Το τροκάρ και η κάνουλα να ασφαλίζουν μεταξύ τους σταθερά. Η κάνουλα να διαθέτει τουλάχιστον 2 στέγανωτικά: εξωτερικό (αφαιρούμενο ενσωματωμένο, αυτορυθμιζόμενο) και εσωτερικό. Τα στεγανωτικά αυτά να εξασφαλίζουν την ελάχιστη διαρροή αερίου και τη διατήρηση της ορατότητας του ενδοσκοπίου. Να διατηρεί λιγότερο από 500cc απώλειας αέρα/min σε υψηλά επίπεδο πνευμοπεριτοναίου. Το άκρο της κάνουλας να είναι οβάλ σχηματίζοντας γωνία 30o • Κάνουλα διαμέτρου 5mm και μήκους 100mm, διαφανές σε όλο το μήκος. Να διαθέτει έκκεντρο ασφάλισης ενδοσκοπίου για την ασφαλή καθήλωση της κατά την διήνηση των κοιλιακών στρωμάτων. Να είναι απόλυτα σταθερή στο κοιλιακό τοίχωμα διαθέτοντας εγκάρσιες ομόκεντρες ραβδώσεις σταθεροποίησης στην κάνουλα και δύο θέσεις σταθεροποίησης ραμμάτων. Το τροκάρ και η κάνουλα να ασφαλίζουν μεταξύ τους σταθερά. Η κάνουλα να διαθέτει τουλάχιστον 2 στεγανωτικά: εξωτερικό (αφαιρούμενο ενσωματωμένο,	
---	--