

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	TEM
1.	Σύστημα οπτικού τροκαρ διαμέτρου 5mm χωρίς ανάγκη μετατροπέα, μήκους 75mm με κάνουλα και τροκαρ διαστολής, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή Z ή μπαλόνι, με δυνατότητα αμφίπλευρης τοποθέτησης του στυλεού στην κάνουλα, κάνουλα ακτινοδιαπερατή και διαφανή. Με οπή δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου στη μύτη του τροκαρ χωρίς ανάγκη βελόνας veress.	4
2.	Σύστημα οπτικού τροκαρ διαμέτρου 11-12mm χωρίς ανάγκη μετατροπέα, μήκους 75-95mm με κάνουλα και τροκαρ διαστολής, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή Z ή μπαλόνι, με δυνατότητα αμφίπλευρης τοποθέτησης του στυλεού στην κάνουλα, κάνουλα ακτινοδιαπερατή και διαφανή. Με οπή δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου στη μύτη του τροκαρ χωρίς ανάγκη βελόνας veress.	2
3.	Ψαλίδι υπερηχων λαπαροσκοπικής επεμβασής μήκους έως 35εκ. Με δυνατότητα απολινωσης αγγείων διαμέτρου έως 7χιλ. με δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι. Με εξωτερική διάμετρο 5,5 mm, κυρτού ακρού περίπου 19mm, από κράμα τιτανίου να είναι πλήρως περιστρεφόμενο 360μοίρες και να Με κυρτή λεπίδα τιτανίου η οποία παλλεται με επιμηκη κίνηση σε συχνότητα 55.5khz. Να έχει ενσωματωμένη σχεδίαση δυναμόκλειδου με περιστρεφόμενο τροχό, εργονομική κλειστούντύπου σκανδάλη με επιλογέα ενέργειας min και max, αλλαγή ηχητικής προειδοποίησης κατά την απολινωση. Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι ή με ποδοδιακόπτη. Να συνοδεύεται με αυτορυθμιζόμενη πηγή ενέργειας και χειροκίνητη ρύθμιση ενέργειας εξόδου. ζωτικών δομών.	1