

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
1.	Σύστημα οπτικού τροκαρ διαμέτρου 5mm χωρίς ανάγκη μετατροπέα, μήκους 75mm με κάνουλα και τροκαρ διαστολής , με ενσωματωμένο σταθεροποιητή Z ή μπαλόνι , με δυνατότητα αμφίπλευρης τοποθέτησης του στυλεού στην κάνουλα, κάνουλα ακτινοδιαπερατή και διαφανή. Με οπή δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου στη μύτη του τροκαρ χωρίς ανάγκη βελόνας veress.	4
2.	Σύστημα οπτικού τροκαρ διαμέτρου 11-12mm χωρίς ανάγκη μετατροπέα, μήκους 75-95mm με κάνουλα και τροκαρ διαστολής , με ενσωματωμένο σταθεροποιητή Z ή μπαλόνι , με δυνατότητα αμφίπλευρης τοποθέτησης του στυλεού στην κάνουλα, κάνουλα ακτινοδιαπερατή και διαφανή. Με οπή δημιουργίας πνευμοπεριτοναίου στη μύτη του τροκαρ χωρίς ανάγκη βελόνας veress.	2
3.	Ψαλίδι υπερηχων λαπαροσκοπικής επεμβασης μηκους εώς 35εκ. Με δυνατοτητα απολινωσης αγγειων διαμετρου εως 7χιλ.με δυνατοτητα ενεργοποιησης απο το χερι. Με εξωτερική διάμετρο 5,5 mm, κυρτού άκρου περίπου 19mm, από κράμα τιτανίου να είναι πλήρως περιστρεφόμενο 360μοίρες και να Με κυρτή λεπίδα τιτανιου η οποια παλλεται με επιμηκη κινηση σε συχνοτητα 55.5khz. Να έχει ενσωματωμένη σχεδίαση δυναμόκλειδου με περιστρεφόμενο τροχό, εργονομική κλειστούντύπου σκανδάλη με επιλογή ενέργειας min και max, αλλαγή ηχητικής προειδοποίησης κατά την απολινωση. Να υπάρχει συνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι ή με ποδοδιακόπτη. Να συνοδευεται με αυτορυθμιζόμενη πηγή ενέργειας και χειροκίνητη ρύθμιση ενεργειας εξόδου. ζωτικων δομων.	1