

4.	Οπτικο τροκαρ τριών αυλών , μεσω της κάνουλας χωρίς βαλβίδα να μπορεί να γίνεται ανέπαφα αφαίρεση μικρών παρασκευασμάτων και ανεμπόδιστη εισαγωγή και αφαίρεση βελόνων. Το τροκάρ να έχει ατραυματικό άκρο διάνοιξης του ιστού με αυλό απαγωγής -εκκένωσης του καπνού σε διάμετρο 5 χιλ και μήκους κάνουλας 100 χιλ. Η κάνουλα να φέρει 3 αυλούς απαγωγής ,εκκένωσης – έμφυσης αερίου και ελέγχου πίεσης σε πραγματικό χρόνο και δημιουργία φράγματος αέρα για τη δημιουργία σταθερού πνευμοπεριτόναιου.	1
5.	Σωλήνας παροχής CO2 που να αποτελείται από σερ 3 αυλών . Να περιλαμβάνει προέκταση με άκρο luer lock για τη σύνδεση του σωλήνα με συμβατικά τροκαρ. και veress και να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο ULPA 0.01 μη ενεργού άνθρακα.	1
6.	Rumi II KOH –Efficient σύστημα μίας χρήσης αποστειρωμένο διαμέτρου 3,5 cm που να εφαρμόζει στον χειριστή μήτρας Rumi που διαθέτουμε	1
7.	Rumi II KOH –Efficient σύστημα μίας χρήσης αποστειρωμένο διαμέτρου 3 cm που να εφαρμόζει στον χειριστή μήτρας Rumi που διαθέτουμε	1