401 ΓΣΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ Α/Α ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: 1319

22	Καθετήρας μονής κυμαινόμενης καμπύλης και κατεύθυνσης για την καταγραφήενδοκαρδιακών σημάτων του Στεφανιαίου κόλπουκατάλληλοι για προσπέλαση από τη μηριαία φλέβα. Το σώμα του καθετήρα να είναι ατασκευασμένο από PEBAX ενισχυμένου τύπου Fμε τη χρήση διπλής πλέξης του άξονα του ηλεκτροδίου με μαλακό ατραυματικό άκρο. Το μήκος του καθετήρα να είναι 115cmμε εργονομική, εύχρηστη λαβή ελέγχουpush-pullμε 10 πόλους καταγραφής ενδοκαρδιακών σημάτων. Τα ηλεκτρόδια να είναι αποστειρωμένα, βιοσυμβατά και ορατά στην ακτινοσκόπηση χρησιμοποιώντας διαγνωστικούς δακτυλίους κατασκευασμένους από κράμα πλατίνας. Τα ηλεκτρόδια να παρέχουν ηλεκτρική σταθερότητα του συστήματος αγωγιμότητας και συμβατότητα με τη συσκευή ηλεκτροφυσιολογίαςχρησιμοποιώντας συνδέσμους τύπου REDEL και τα αντίστοιχα ειδικά καλώδια επέκτασης. Να είναι διαθέσιμο σε τρείς διαφορετικές διαστάσεις καμπύλης M (37mm) – L (47mm)-SL (64mm) Τα ηλεκτρόδια να χαρακτηρίζονται από τη βέλτιστη ευελιξία του εξαρτήματος εργασίας που να επιτυγχάνεται μέσω ενός συμπιεσμένου ελατηρίου που να βρίσκεται μέσα στο ηλεκτρόδιο.	1
23	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	1

Αθήνα 9/11/2026

-Ο-

Δντης Κλινικής