Τεχνικές Προδιαγραφές

-άκαμπτου ενδοσκοπίου λάρυγγα 70 μοιρών ψυχρού φωτισμού,

-άκαμπτου ενδοσκοπίου ωτός - ρινός λεπτό 0 μοιρών ψυχρού φωτισμού και

-άκαμπτου ενδοσκοπίου ρινός άριστης ποιότητας και υψηλής ευκρίνειας (HD) 0 μοιρών ψυχρού φωτισμού

Παραθέτω κάτωθι τις προδιαγραφές για υλικά που έχουν ζητηθεί από την κλινική.

ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΩΤΟΣ-ΡΙΝΟΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαμέτρου 2.7 mm με γωνία όρασης 0 μοιρών και μήκους 110 mm

Να είναι άκαμπτο, ψυχρού φωτισμού, σύγχρονης τεχνολογίας.

Να είναι μικρού βάρους.

Να είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι

Να συνδέεται με πηγές ψυχρού φωτισμού άλλων τύπων.

Να παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα

Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση

Να είναι πρόσθιας οράσεως 0 μοιρών, διαμέτρου 2,7 mm και μήκους 110 mm.

Να διαθέτει πιστοποίηση ISO.

Να διαθέτει adaptors για καλώδιο ψυχρού φωτισμού άλλων τύπων.

Να δύναται να αποστειρωθεί σε υγρό μέσο.

Απαραίτητος δειγματισμός στην ΩΡΛ Κλινική.

ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΡΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (HD) ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαμέτρου 4 mm με γωνία όρασης 0 μοιρών και μήκους 175 mm.

Να είναι άκαμπτο, ψυχρού φωτισμού, σύγχρονης τεχνολογίας.

Να είναι μικρού βάρους.

Να είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι ειδικά φινιρισμένο

Να συνεργάζεται με πηγές ψυχρού φωτισμού όλων των τύπων

Να είναι πρόσθιας οράσεως 0 μοιρών, διαμέτρου 4mm και μήκους 175 mm.

Να διαθέτει αρίστης ποιότητας και υψηλής ευκρίνειας (HD) οπτικό σύστημα

Να διαθέτει αντάπτορα για καλώδια ψυχρού φωτισμού τύπου Storz.

Να παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα

Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση

Να είναι κλιβανιζόμενο

Να διαθέτει πιστοποίηση ISO,CE

Να δύναται η προσφέρουσα εταιρία upon request να διαθέσει ρομποτικό χειρουργικό βραχίονα συγκράτησης και σταθεροποίησης ενδοσκοπίου για επεμβάσεις ρινός και βάσεως κρανίου.

Απαραίτητος δειγματισμός στην ΩΡΛ Κλινική.

ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαμέτρου 5 mm με γωνία όρασης 70^{o} μοιρών και μήκους 175 mm

Να είναι άκαμπτο, ψυχρού φωτισμού, σύγχρονης τεχνολογίας.

Να είναι πρόσθιας οράσεως 70 μοιρών διαμέτρου 5 mm και μήκους 175mm.

Να είναι μικρού βάρους.

Η λαβή του να είναι ελαφριά και εργονομικά σχεδιασμένη.

Να είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι.

Να συνεργάζεται με πηγές φωτισμού όλων των τύπων.

Να παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα.

Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση.

Να διαθέτει στεγανότητα στο σύστημα των φακών.

Να διαθέτει αντάπτορες για διαφορετικά καλώδια ψυχρού φωτισμού.

Να αποστειρώνεται σε υγρό μέσο.

Να διαθέτει πιστοποίηση ISO, CE mark

Απαραίτητος δειγματισμός στην ΩΡΛ Κλινική.

Κρίνεται απαραίτητος δειγματισμός στην ΩΡΛ Κλινική προ της τελικής αξιολόγησης (Κριτήριο αποκλεισμού).

Κυριάκου Νικόλαος
ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ
Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής 401 ΓΣΝΑ
ΑΜΚΑ: 23087903292