Τεχνικές Προδιαγραφές

1 (μία) συλληπτικής λαβίδας ιγμορείου κυρτή 120 μοιρών, 100mm και

2 (δύο) φορέων ψυχρού φωτισμού χειρουργικών λαρυγγοσκοπίων

Παραθέτω κάτωθι τις προδιαγραφές για υλικά που έχουν ζητηθεί από την κλινική.

1. Μία συλληπτική λαβίδα ιγμορείου κυρτή 120 μοιρών, 100mm, από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι.

Κρίνεται απαραίτητος δειγματισμός στην ΩΡΛ Κλινική προ της τελικής αξιολόγησης.

2. Δύο φορείς ψυχρού φωτισμού χειρουργικού λαρυγγοσκοπίου, διαμέτρου 3.5mm, μήκους 16 cm.

Κρίνεται απαραίτητος δειγματισμός στην ΩΡΛ Κλινική προ της τελικής αξιολόγησης.

Κυριάκου Νικόλαος
ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ
Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής 401 ΓΣΝΑ
ΑΜΚΑ: 23087903292