401 ΓΣΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Α/Α ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: 1318

2	Σωλήνωση ορού για καθετήρα τύπου σφαίρας RF/ PFA Σωλήνωση ορού καθετήρα τύπου Σφαίρας. Για σύνδεση σε αντλία η οποία εκτελεί αυτόματη παλίνδρομη πλύση/εκπλυση του καθετήρα.	1
3	Συνδετικό καθετήρα τύπου-σφαίρας RF/ PFA Συνδετικό καθετήρα τύπου σφαίρας RF/PFA. Με ένα καλώδιο να εκτελείται η σύνδεση και στην γεννήτρια RF , στην γεννήτρια PFA και στο σύστημα χαρτογράφησης	1
4	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια/εμβαλώματα ηλεκτροανατομικήςΧαρτογράφησης Σφαίρας RF/ PFA Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια/εμβαλώματα ηλεκτροανατομικής Χαρτογράφησης (Σετ των 2) , ένα για την πλάτη του ασθενούς ένα για το στήθος, για την σύνδεση του ασθενούς με σύστημα χαρτογράφησης.	2
5	Γειώσεις	
6	Πηδαλιουχούμενο θηκάρι πηδαλιουχούμενο θηκάρι στήριξης καθετήρα κατάλυσης αμφίπλευρης κατεύθυνσης, 8,5F με ατραυματικό άκρο να συνοδεύεται από κατάλληλο οδηγό σύρμα πληθώρας καμπύλων και χρηστικό μηκος (από 40cm εως 85cm) με δυνατότητα επικαρδιακής προσπέλασης συμπερλαμβανομένης της βελόνας.Να υπάρχουν μελέτες σχετικές με την αποτελεσματικότητα του θηκαριού πηδαλιουχούμενο θηκάρι στήριξης καθετήρα κατάλυσης αμφίπλευρης κατεύθυνσης, 8,5F με ατραυματικό άκρο να συνοδεύεται από κατάλληλο οδηγό σύρμα πληθώρας καμπύλων και μηκών με δυνατότητα επικαρδιακής προσπέλασης.	4 1
7	Καθετήρας μονής κυμαινόμενης καμπύλης και κατεύθυνσης για την καταγραφήενδοκαρδιακών σημάτων του Στεφανιαίου κόλπουκατάλληλοι για προσπέλαση από τη μηριαία φλέβα. Το σώμα του καθετήρα να είναι ατασκευασμένο από PEBAX ενισχυμένου τύπου Fμε τη χρήση διπλής πλέξης του άξονα του ηλεκτροδίου με μαλακό ατραυματικό άκρο. Το μήκος του καθετήρα να είναι 115cmμε εργονομική, εύχρηστη λαβή ελέγχουpush-pullμε 10 πόλους καταγραφής ενδοκαρδιακών σημάτων. Τα ηλεκτρόδια να είναι αποστειρωμένα, βιοσυμβατά και ορατά στην ακτινοσκόπηση χρησιμοποιώντας διαγνωστικούς δακτυλίους κατασκευασμένους από κράμα πλατίνας. Τα ηλεκτρόδια να παρέχουν ηλεκτρική σταθερότητα του συστήματος αγωγιμότητας και συμβατότητα με τη συσκευή ηλεκτροφυσιολογίαςχρησιμοποιώντας συνδέσμους τύπου REDEL και τα αντίστοιχα ειδικά καλώδια επέκτασης. Να είναι διαθέσιμο σε τρείς διαφορετικές διαστάσεις καμπύλης M (37mm) – L (47mm)-SL (64mm) Τα ηλεκτρόδια να χαρακτηρίζονται από τη βέλτιστη ευελιξία του εξαρτήματος εργασίας που να επιτυγχάνεται μέσω ενός συμπιεσμένου ελατηρίου που να βρίσκεται μέσα στο ηλεκτρόδιο.	1
8	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	
9	ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 18 ga ΑΠΌ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΔΕΙΚΤΗ.ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΩΝ ΑΠΌ 71-98CM	1 1
0	ΘΗΚΑΡΙΑ 8-10FR ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΘΗΚΑΡΙΑ 8-8,5, 10 FR ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΤΡΟΕΙΔΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΜΗΚΩΝ ΑΠΌ 60-83 ΕΚ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ Χ ΚΑΙ Ψ. ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ	1
	ΓΕΙΩΣΕΙΣ	