

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
1.	Σετ ρινονιστιδικού καθετήρα(M.X.)	Το σετ τοποθέτησης να είναι πλήρες και να περιλαμβάνει οδηγό σύρμα 3μ., εξάρτημα διαρινικού καθετηριασμού, ρινονιστιδικό καθετήρα πολυουρεθάνης 12fr με διαβαθμίσεις και με άκρο βαρίδι. Το πώμα χορήγησης φαρμάκων να διαθέτει υβριδική υποδοχή.