

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
1.	Οδηγός Υδρόφιλος Συρμάτινος μιας χρήσης	α. Να διατίθεται με υδρόφιλο άκρο 0.035'', με διαγραμμίσεις σε όλο το σώμα του σύρματος καθώς και στο τελικό εύκαμπτο άκρο του. β. Να διαθέτει 25 ενδοσκοπικά και ακτινοσκοπικά εμφανείς δείκτες πλατίνας και 7 ενδοσκοπικούς δακτυλίους. γ. Να διατίθεται και με 18 ενδοσκοπικά και ακτινοσκοπικά εμφανείς δείκτες χρυσού. δ. Να διατίθεται σε 450 cm μήκος.
2.	Μπαλόνι εξαγωγής χοληδοχολίθων, διπλού αυλού	α. Μπαλόνι εξαγωγής λίθων διπλού αυλού 11-16mm σε μία συσκευή με μία σύριγγα. β. Να φέρει συνδετικό switchlock με δυνατότητα έγχυσης σκιαγραφικού και ταυτόχρονη χρήση του συρμάτινου οδηγού. γ. Να έχει δυνατότητα συμβατικής και γρήγορης ανταλλαγής. δ. Το μήκος του καθετήρα να είναι 200 cm, η διάμετρος 7fr και να δέχεται οδηγό σύρμα 0.035". ε. Να είναι αποστειρωμένο, μιας χρήσης.
3.	Σετ τοποθέτησης ενδοπρόθεσης χοληφόρων με μπαλόνι σταθεροποίησης, αποστειρωμένο, μιας χρήσης	α. Να είναι κατασκευασμένο από teflon και πολυουρεθάνη με υδρόφιλη επικάλυψη για υψηλή ολισθηρότητα, onestep 10Fr β. Να φέρει ακτινοσκοπικό δακτύλιο και μπαλόνι σταθεροποίησης της ενδοπρόθεσης στο τελικό άκρο του καθετήρα. Γ. Να είναι αποστειρωμένο, μιας χρήσης.
4.	Πλαστική ενδοπρόθεση χοληφόρων-παγκρέατος	α. Να είναι κατασκευασμένη από teflon, πολυουρεθάνη και σιλικόνη με ειδική προ λίπανση για εύκολη προσπέλαση στενώσεων. β. Να διατίθεται σε σχήμα ευθύ . γ. Διάμετρος: 10 Fr και μήκος 7 cm. δ. Να φέρει ακτινοσκοπικό δακτύλιο στην άκρη της ενδοπρόθεσης. ε. Να είναι αποστειρωμένη, μιας χρήσης