

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ	ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 60mm, ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ- ΔΙΑΤΟΜΗΣ 60mm, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 420 ΠΛΗΡΩΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 340 MM ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΕ ΤΡΙΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΠΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΓΙΑ 6 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΙΣΤΩΝ ΑΠΟ 0,75 ΕΩΣ 2,3 ΜΜΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ,ΓΙΑ ΓΩΝΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 45 ΜΟΙΡΕΣ.ΝΑ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12 ΜΜ.Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΝ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ.	1	
2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ,ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΓΡΑΜΜΗ,ΜΕ ΤΡΙΠΛΗ ΓΡ4ΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ,ΜΕ ΜΗΚΟΣ 60MM,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΛΙΠ 2MM.	3	
3	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 60ΧΙΛ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΛΙΠ 1,5 ΧΙΛ	3	
4	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ- ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 7 ΧΙΛ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΙΛΕΟΥ 36εκ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ,ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	<u>1</u>	

	ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ,ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5 ΧΙΛ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 3600(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ).ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΠΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΥΡΤΟΥ ΑΚΡΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΛΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ ΚΙΝΗΣΗ,ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 55,5 ΚΗΖ κ.		
5	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 60ΧΙΛ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΛΙΠ 1,5 ΧΙΛ	3	

Αθήνα,...12/08/2019...

-Το-
Χειρουργείο

δεν υπάρχουν στο χ/β

Μπλάντα Παρασκευή
Τχης (ΥΝ)

-Ο-
Δντής Κλινικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΒΟΙΝΙΑΔΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΧΙΑΤΡΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - 401 ΓΣΝΑ
ΑΜΚΑ: 31056801413